



E.O. Ospedali Galliera di Genova

(L.833/1978, art. 41; D.lgs n.517/1993 art. 4 c. 12)

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione
(D.P.C.M. 14 luglio 1995)

SPECIFICHE TECNICHE SISTEMA TOTALMENTE IMPIANTABILE

QUANTITA' ANNUALE 120 pezzi

CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITATIVE

Dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

- monocamera
- il materiale della camera deve essere in titanio, il setto in silicone
- altezza mm 11,5 circa
- nessuna interferenza con le indagini in risonanza magnetica
- catetere endovenoso in silicone interamente radiopaco calibro 8,5 F lungo almeno 60 cm
- marcatura centimetrica lungo la lunghezza del catetere.
- Presenza di un Kit di introduzione

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA CAMPIONATURA

- scheda tecnica in lingua italiana ed istruzioni d'uso
- copia del certificato rilasciato dall'organismo notificato
- dichiarazione di destinazione d'uso

CONFEZIONAMENTO

I prodotti devono essere sigillati singolarmente.

CAMPIONATURA

n. 2 prodotti nella confezione originale.

VALIDITA'

I prodotti dovranno avere al momento della consegna almeno due terzi della loro validità.

CRITERI DI VALUTAZIONE

PREZZO: 50 PUNTI

QUALITA': 50 PUNTI così suddivisi:

◆ Qualità del Materiale	15
◆ Praticità del sistema	15
◆ Costituzione del Kit	10
◆ Confezionamento	10

IL DIRETTORE S.C. FARMACIA
F.to(Dott.ssa Carla Fraguglia)